

采购项目技术、服务及其他商务要求

（一）项目概况

本项目为松潘县疾病预防控制中心松潘县应对大规模采样检测所需物资储备采购项目。

（二）技术要求

序号	品名	规格/要求	参数	单位	数量
1	灭活采样管 1	20 混 1，含 20 万支口咽拭子。	1、采样管内容积 20ml,内含灭活型病毒样本保存液 10-12ml，试管口外径 25mm、试管全高 100mm； 2、培养基颜色：粉色； 3、拭子头材质:植绒； 4、拭子柄材质：PP； 5、拭子总长度：15cm±0.5cm，折断点：口咽拭子折断点 3cm，鼻咽拭子折断点 8cm； 6、拭子柄直径 3mm±0.1mm，口咽拭子植绒头直径 6mm±0.2mm，植绒头长度 20mm±0.5mm； 7、鼻咽是植绒头直径 2.5mm±0.2mm，长度 24mm±0.5mm。	支	10000 支
2	灭活采样管 2	10 混 1，含 8 万支口咽拭子	1、采样管内容积 10ml,内含灭活型病毒样本保存液 6ml,试管口外径 25mm、试管全高 100mm； 2、培养基颜色：粉色； 3、拭子头材质:植绒； 4、拭子柄材质：PP； 5、拭子总长度：15cm±0.5cm 折断点：口咽拭子折断点 3cm，鼻咽拭子折断点 8cm； 6、拭子柄直径 3mm±0.1mm，口咽拭子植绒头直径 6mm±0.2mm 植绒头长度 20mm±0.5mm； 7、鼻咽是植绒头直径 2.5mm±0.2mm，长度 24mm±0.5mm。	支	8000 支
3	灭活采样管 3	单采，含口咽拭子 5000 支	1、采样管内容积 10ml,内含灭活型病毒样本保存液 3ml,试管口外径 25mm、试管全高 100mm； 2、培养基颜色：粉色； 3、拭子头材质:植绒； 4、拭子柄材质：PP； 5、拭子总长度：15cm±0.5cm 折断点：口咽拭子折断点 3cm，鼻咽拭子折断点 8cm； 6、拭子柄直径 3mm±0.1mm，口咽拭子植绒头直径 6mm±0.2mm 植绒头长度 20mm±0.5mm； 7、鼻咽是植绒头直径 2.5mm±0.2mm，长度	支	5000 支

			24mm±0.5mm。		
4	鼻咽拭子	/	1、拭子头材质:植绒； 2、拭子柄材质：PP； 3、拭子总长度：15cm±0.5cm 折断点：口咽拭子折断点 3cm，鼻咽拭子折断点 8cm； 4、拭子柄直径 3mm±0.1mm，口咽拭子植绒头直径 6mm±0.2mm 植绒头长度 20mm±0.5mm； 5、鼻咽是植绒头直径 2.5mm±0.2mm，长度 24mm±0.5mm。	支	25000 支

（三）商务要求（实质性要求）

1、交付时间和地点

（1）交付时间：合同签订后 7 个工作日内。

（2）交付地点：采购人指定地点

（3）验收要求：符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。

2、供货渠道：所有产品均由投标人提供其产品品质和一切售后服务保障。

3、所有设备、材料必须是全新并符合指定技术要求，若设备验收时发现设备性能或功能上不符合招标文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

4、投标人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须使用方能接受的方式加以解决。

5、付款方式：验收合格后一次性付清。

6、报价要求：包括货物、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格使用之前及保修期内服务等所有其他相关各项费用。

备注：其他未尽事宜，由采购人与成交供应商另行协商解决。